

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 15 декабря 2020 г. N 1330н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ  
К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ  
ТРАНСПОРТЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ**

В соответствии с [подпунктом 5.2.12](#) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [требования](#) к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров.

2. Установить, что [укладки](#) для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Министр  
М.А.МУРАШКО

**ТРЕБОВАНИЯ  
К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПассажиРОВ**

1. Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов дальнего следования (далее - укладка для оснащения поездов дальнего следования) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование медицинского изделия</b>	<b>Требуемое количество, (не менее)</b>
1.	Маска медицинская нестерильная одноразовая	30 шт.
2.	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	30 пар
3.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	5 шт.
4.	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	5 шт.
5.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	20 шт.
6.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	20 шт.
7.	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10	20 уп.
8.	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	5 шт.
9.	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	10 шт.
10.	Ножницы для разрезания повязок	5 шт.
11.	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера	1 шт.
12.	Воротник-шина шейная для взрослых	3 шт.
13.	Воротник-шина шейная для детей	2 шт.
14.	Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см	5 комп.в
15.	Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см	1 шт.
16.	Термометр медицинский	1 шт.
17.	Измеритель артериального давления	1 шт.

-----  
<1> [Приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

2. В состав укладки для оснащения поездов дальнего следования также включаются следующие прочие средства:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Требуемое количество, (не менее)</b>
1.	Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см	5 шт.
2.	Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по	1 шт.

	перевозкам пассажиров	
3.	Сумка	2 шт.
	Чемодан пластиковый	

3. При комплектации укладки для оснащения поездов дальнего следования медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных в [подпункт 16 пункта 1](#) настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в [подпункты 1, 2, 4 - 6, 8 и 10 пункта 1](#) настоящих требований;

комбинации прочих средств с учетом требуемого минимального количества из числа включенных в [подпункт 3 пункта 2](#) настоящих требований.

4. Укладка для оснащения поездов дальнего следования размещается в двух сумках или чемоданах пластиковых. В одной сумке или чемодане размещаются медицинские изделия, включенные в [подпункты 1 - 10 пункта 1](#) настоящих требований, и прочие средства, включенные в [подпункты 1 и 2 пункта 1](#) настоящих требований, во второй - медицинские изделия, включенные в [подпункты 11 - 17 пункта 1](#) настоящих требований.

5. Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования (далее - укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

№ п/п	Наименование медицинского изделия	Требуемое количество, (не менее)
1.	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
2.	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	30 пар
3.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	1 шт.
4.	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	5 шт.
5.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	20 шт.
6.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	20 шт.
7.	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10	20 уп.
8.	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	5 шт.
9.	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см	10 шт.
10.	Ножницы для разрезания повязок	5 шт.
11.	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера	1 шт.
12.	Воротник-шина шейная для взрослых	3 шт.
13.	Воротник-шина шейная для детей	2 шт.
14.	Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см	5 комп.
15.	Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см	1 шт.
16.	Термометр медицинский	1 шт.
17.	Измеритель артериального давления	1 шт.

6. В состав укладки для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования также включаются следующие прочие средства:

№ п/п	Наименование	Требуемое количество, (не менее)
1	Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании	1 шт.

	услуг по перевозкам пассажиров	
2.	Футляр	1 шт.
	Сумка	

7. При комплектации укладки для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 11 пункта 5 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5 и 6 пункта 5 настоящих требований;

одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта 6 настоящих требований.

8. Укладка для оснащения поездов дальнего следования и укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке <2>.

-----  
<2> [Решение](#) Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 12 июля 2016 г.), [постановление](#) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 49, ст. 7897).

9. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована укладка для оснащения поездов дальнего следования, укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В случае использования медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, укладку для оснащения поездов дальнего следования, укладку для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования необходимо пополнить.

11. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы укладка для оснащения поездов дальнего следования, укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования, в случае нарушения их стерильности.

12. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектованы укладка для оснащения поездов дальнего следования, укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

---